

B-IC 系列力值显示控制仪

用户手册

Ver.07-B

1. 型号说明

B-IC-□□

输出接口, 没有可省略

A1: 4~20mA

S1: RS232

S2: RS485

2. 基本技术规格

仪表电源	220V AC ± 10%, 功耗 10VA
工作环境	-5℃~50℃, 90%R.H
显示	5位 16mm 高亮度红色数码管显示
显示范围	-19999~50000, 超载显示o.l
指示灯	总值、净值、峰值、谷值、力值变动、比较输出、零位
显示分度间距	1~5
小数点位置	可选择的 5 个不同位置
输出激励电压	10V ± 0.1%, 电流 > 150mA
最大输入电压	± 10V
输入信号范围	0~ ± 18mV, 0~ ± 37mV, 0~ ± 75mV, 0~ ± 150mV 四档可选择
输入阻抗	大于 10MΩ
采样、比较速率	50 次/秒
最大显示分度数	10000 分度
比较控制输出	2 点继电器输出, 触点容量 250V AC, 3A

3. 输出选配件技术规格 (模拟量输出和通讯接口只能选其一)

模拟量输出

- 光电隔离。
- 4mA~20mA DC, 最大负载电阻 500Ω。
- 分辨率: 1/4000。
- 每秒输出 50 次。

通讯接口

- RS232 或 RS485 标准。
- 仪表地址 0~99, 通讯速率 2400、4800、9600、19200 可设置。
- 配测试软件, 提供组态应用软件及技术支持。


天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话: 0550-7316502 传真: 0550-7311002

大屏显示器输出

- 6 线差分传送, 距离 1200m。
- 每秒传送次数可设置, 最快 50 次/秒, 最慢 1 次/秒。

4. 前面板及按键说明




仪表有两种工作方式, 标准方式和试验机方式

- 标准方式:
将Fbc参数设置为off, 仪表有总值、净值功能, 无峰值、谷值保持功能。
- 试验机方式:
将Fbc参数设置为on, 仪表无总值、净值功能, 有峰值、谷值保持功能。


名称	说明	
①显示器	显示测量值、参数符号、参数数值	
②比较输出指示灯	亮时表示该比较输出导通	
③状态指示灯	GROSS 亮时显示总值, Fbc参数为 ON 时显示峰值	
	NET 亮时显示净值, Fbc参数为 OFF 时显示谷值	
	MOT 亮时表示力值在变动中	
	ZERO 亮时表示总值为零	
④计量单位指示灯	5 种可选择的计量单位	
操作键	⑤	<ul style="list-style-type: none"> • 按下不松开, 2 秒后进入设置状态 • 按下松开后, 2 秒内再按下 键不松开, 2 秒后进入调校状态, 显示c.RL
	⑥	<ul style="list-style-type: none"> • 显示不变动时, 按该键后仪表记下此时的总值作为净值减扣值, 并转到净值显示 • Fbc参数为 ON 时, 将峰值、谷值置为当前测量值 • 设置时移动修改位
	⑦	<ul style="list-style-type: none"> • 选择总值、净值显示 • Fbc参数为 ON 时, 选择峰值、谷值、当前测量值显示 • 设置时选择、输入参数
	⑧	<ul style="list-style-type: none"> • 设置时, 增加修改位数值
	⑨	<ul style="list-style-type: none"> • 如果总值不超过设置的清零范围, 且力值不变动时, 按此键可回零 • 设置时, 减小修改位数值

5. 外形图及接线说明

5.1 外形图



5.2 接线说明



- ① 开关量输入、模拟量输出/RS232/RS485 接口、外供精密 10V、信号输入端子
② 220V AC、比较输出端子

6. 功能设置

在显示参数符号时, 不设置该参数按 键跳到下一参数设置, 如需设置该参数则按 键进入修改状态, 按 键选择闪烁位, 按 键, 键设置参数, 设置好参数后按 键确认, 显示下一参数符号。

6.1 进入功能设置

- 按下 键不松开, 2 秒后显示 Ru, 再按下 键不松开, 2 秒后显示 oR。

6.2 设置密码及选择标定方式

- 将 oR 数值修改为 01111, oR 通讯地址为 10H。
- 按 键显示 RuCo, 可选择 0—off— 手动标定方式, 可手动修改 c.n-R, Fc 参数
1—on— 自动标定方式 (调校), c.n-R, Fc 参数可见但不可手动修改
“—”前的数字为通讯时代用值, 下同。该参数通讯地址为 11H。

6.3 设置第 1 组功能参数

- 上述步骤完成后, 按下 键不松开, 2 秒后显示 c.n-R 进入第 1 组功能参数。
- 若要设置第 2 组功能参数, 则再按下 键不松开, 2 秒后显示 Rdd (有通讯接口选择的仪表), 或 oR!。

- 若要退出设置状态，则首先进入第 2 组功能参数后，再按下 **■** 键不松开，2 秒后退出设置状态。

6.3.1 零点调校值

用于调校测量零点。Auto 为 ON 时，不可修改。调校后的显示值=调校前的显示值-($\bar{c}n-R$)。该参数通讯地址为 30H。

6.3.2 F \bar{c} 满度调校系数

用于调校测量满度。Auto 为 ON 时，不可修改。调校后的显示值=调校前的显示值 \times (F \bar{c})。该参数通讯地址为 31H。

6.3.3 $\bar{c}ncH$ 输入信号范围选择

当仪表显示 0.1 时，应通过该参数选择更大的输入范围。可选择 0—18mV ($\pm 18mV$)
1—37mV ($\pm 37mV$) 2—75mV ($\pm 75mV$)
3—150mV ($\pm 150mV$)，该参数通讯地址为 32H。

6.3.4 $\bar{c}n-d$ 小数点位置选择

可选择 0—0.0000、1—00.000
2—000.00、3—0000.0、4—00000。

该参数通讯地址为 33H。

6.3.5 Fd 分度值

根据对显示分辨力的要求，选择显示分度值。可选择 1~5。该参数通讯地址为 34H。

6.3.6 F-r 最大量程

使用单只传感器时，设置为传感器的量程。使用多只传感器时，设置为传感器的量程 \times 传感器数量。

仪表的最大显示分度数为 10000，即最大量程 (F-r) \div 分度值 (Fd) 不能大于 10000，如果不符合条件，将显示 Err 1，3 秒后回到 Fd 设置状态。该参数通讯地址为 35H。

6.3.7 $\bar{t}r-d$ 零位跟踪范围

如果在大于或等于 1 秒内，力值在零位跟踪范围内，读数将被跟踪至零。零位跟踪范围 0~4 个显示分度，为 0 时无跟踪。该参数通讯地址为 36H。

6.3.8 Fltr 数字滤波

力值测量装置受其本身固有频率影响和外界振动的传导会产生随机振动，从而使仪表的显示值不稳定。可视其振动的大小选择适当的数字滤波，使显示稳定。振动小时选择较小的数字滤波，振动大时选择较大的数字滤波。可选择范围 1~20。该参数通讯地址为 38H。

6.3.9 notn 变动检测

当测量值 1 秒内的变化量超过设置的显示分度值时，仪表认为力值在变化中，此时不进行清零、零位跟踪等操作。可选择范围 1~10 个显示分度值。该参数通讯地址 39H。

6.3.10 Error 置零范围

在测量状态，测量值在置零范围内时，按 **▼** 键可使显示置 0。可选择范围 0~10%。该参数通讯地址为 3AH。

6.3.11 unit 单位选择

可选择 0—kg, 1—g, 2—kN, 3—N
4—N.m 该参数通讯地址为 3BH。

6.3.12 Fbc 工作方式选择

0—off — 标准方式，有总值、净值功能。
1—on — 试验机方式，有峰值、谷值保持功能。该参数通讯地址为 3CH。

6.3.13 Rt 显示更新速率

仪表的采样速率为 50 次/秒，参数的设置数值表示显示更新 1 次所需进行平均计算的采样个数。例如 设置为 5 时，5 次采样值平均后显示更新 1 次。比较输出的比较周期为 50 次/秒，与该参数无关。该参数通讯地址为 3DH。

6.3.14 RotH 模拟量输出量程

仅有模拟量选择配件的仪表。4—20mA 模拟量输出，总值为零时输出 4mA，总值=RotH 时输出 20mA。该参数通讯地址为 3FH。

6.4 设置第 2 组功能参数

- 在设置第 1 组功能参数，且显示参数代码时，按 **■** 键不松开，2 秒后显示 Add (有通讯接口选择配件的仪表)，或显示 oR!
- 若要退出设置状态，则再按下 **■** 键不松开，2 秒后退出设置状态。

6.4.1 Add 仪表通讯地址设置

仅有通讯接口选择配件的仪表。该参数设置范围为 0~99。该参数通讯地址为 40H。

6.4.2 baud 通讯速率 (波特率) 选择

仅有通讯接口选择配件的仪表。变更该参数后，仪表需重新上电，按新选择的通讯速率工作。可选择 2400、4800、9600、19.20k
该参数通讯地址为 41H。

6.4.3 Pro 通讯方式选择

仅有通讯接口选择配件的仪表。
0—指令方式 1—连续方式

6.4.4 ctD 比较输出控制权选择

仅有通讯接口选择配件的仪表。
0—off — 由仪表按比较设置值控制。
1—on — 由计算机控制，与测量值无关。
该参数通讯地址为 44H。

6.4.5 oR! 比较输出设置的密码控制选择

该参数决定比较输出设置是否受密码控制。
0—off — 比较输出设置不受密码控制。
1—on — 比较输出设置受密码控制。
该参数通讯地址为 48H。

有关通讯命令及协议详见《通讯协议》

7. 调校

- 调校时不允许进行零位跟踪，应将 $\bar{t}r-d$ 参数设置为 0。
- 调校前应提前半小时开机。
- 调校前必须先设置好功能参数。
- 将 Auto 设为 on。

7.1 零位调校

在测量状态下，按一下 **■** 键，2 秒内再按下 **◀** 键不

松开，2 秒后进入调校状态，显示 cRL。

如果零位不用调校 (按照上一次已调校的零位)，可按 **MOD** 键跳过零位调校。按 **▼** 键调校零位，接受当前测力装置上的力值为 0。

7.2 量程调校

当完成零位调校后，显示 00000，末位闪烁。如果只调校零位，不调校量程，按 **MOD** 键退出调校，返回正常测量方式。将标准砝码 (力值) 加在测力装置上，通过 **▲**、**▼** 和 **◀** 键的配合，将显示器的数值设定为所加砝码 (力值) 的标准值，按 **MOD** 键完成量程调校。当最大量程或分度值改变后，不能跳过量程调校。当出现下述情况时，将显示错误信息，3 秒后退出调校过程，回到测量显示。

- Err2: 设置的标准值超过最大量程。
- Err3: 传感器输入灵敏度太低。


8. 比较控制输出设置

8.1 比较输出的比较方式


比较输出有 -HH-, -LL-, HP-R, LP-R, HLP-R, n-HL 共 6 种比较方式。

- 所有的比较值都是对总值。
- 每个比较输出控制点与 out, RL0, HYR 三个参数相关。
- 如果采用第 3~6 种比较方式，还与 Ru 参数相关。
- out 1, out 2: 第 1、2 点比较输出的比较值设定。
- RL0 1, RL0 2: 第 1、2 点比较输出的比较方式设定。


-HH- 表示总值 > 比较值时，输出导通




-LL- 表示总值 < 比较值时，输出导通




HP-R 表示总值与给定值 Ru 的正偏差 > 比较值时，输出导通




LP-R 表示总值与给定值 Ru 的负偏差 > 比较值时，输出导通




HLP-R 表示总值与给定值 Ru 的偏差绝对值 > 比较值时，输出导通



n-HL 表示总值与给定值 Ru 的偏差绝对值 < 比较值时，输出导通




HYR 1, HYR 2: 第 1、2 点比较输出的灵敏度设定
灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域，可防止总值值在比较值附近波动时造成输出频繁 ON, OFF。
例：当比较方式为 -HH- 时



9. 输出

9.1 比较控制输出

- 2 个独立的比较控制输出点。
- 6 种比较方式，通过设置选择。
- 每秒比较 50 次。
- 继电器输出型



触点容量 AC250V, 3A。
控制交流接触器等感性负载时，应并接 RC 吸收电路。
—OC 门输出型 (选配)
电压小于 30V，电流小于 50mA。

9.2 模拟量输出 (选配)

- 隔离 4~20mA 输出。
- 最大负载电阻 500Ω。
- 分辨率 1/4000。
- 每秒输出 50 次。

9.3 通讯接口 (选配)



- 波特率: 2400, 4800, 9600, 19200。
- 数据位: 8 位，无校验位。
- 起始位: 1 位。
- 终止位: 1 位。
- 编码标准: ASCII 码。
- 指令方式: 符合 2002 版通讯协议。
- 连续方式: 连续输出仪表显示的力值。

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》

10. 抗干扰措施

当仪表发现较大的波动或跳动时一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。

- 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接到仪表输入屏蔽端 (屏蔽地)。并尽量与 100V 以上的动力线分开。
- 仪表供电与感性负载 (如交流接触器) 供电尽量分开。



- 在感性负载的控制接点并联 RC 火花吸收电路。
- 适当设置仪表的数字滤波时间常数。

附录

天长市蓝宇仪表成套有限公司
电话: 0550-7316502 传真: 0550-7311002
Http: www.lanyuyb.cn

